



Gebruik desinfecterende middelen met vermelding juiste toepassing

Inspectie ILT deelt waarschuwingen uit aan verkopers

De Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche (VGT) meldde ons dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) waarschuwingen uitdeelt voor verkoop van desinfecterende middelen die niet aan de wettelijke (omschrijvings)eisen voldoen. Deze informatie is ook relevant voor gebruikers van desinfecterende middelen. Hieronder treft u de informatie van de VGT aan.

'Het ILT is, door de samenvoeging van departementen, een nieuwe Inspectie die zich o.a. bezig houdt met de controle op de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (WGB), de vroegere Bestrijdingsmiddelenwet 1962. In deze wetgeving is geregeld dat u alleen bestrijdingsmiddelen (bij u beter bekend onder de noemer 'desinfecterende middelen') mag verkopen als deze aan de wettelijke eisen voldoen.

Omdat de WGB en het Besluit Medische Hulpmiddelen door elkaar lopen zal ik nogmaals uitleggen wat het verschil in wetgeving is en waar u op moet letten:

1. Als een middel een **desinfecterende werking** claimt (hoe ook verwoord in de gebruiksaanwijzing of op het etiket) dan is het van belang om te constateren (aan de hand van het etiket of de bijsluiting) of het middel **uitsluitend** bedoeld is voor een **specifiek medisch hulpmiddel**.
Er **moet** dus op het etiket staan dat het middel **alleen** van toepassing is bij of op een specifiek medisch hulpmiddel, bijvoorbeeld tandheelkundig afzuigsysteem, chirurgisch instrumentarium of tandheelkundige endoinstrumentarium.
In dat geval **MOET** het middel voorzien zijn van een CE-markering en bij deze CE-markering **MOET** een 4-cijferig nummer staan.
2. Maar dan mag er ook helemaal niets anders als toepassing op het etiket staan. Als er dus ook iets als 'etc.', 'enzovoort', of bijvoorbeeld 'werkbladen', 'telefoonhoorn' of 'handendesinfectie' op het etiket als toepassing staan is het middel **NIET** bestemd voor een specifiek medisch hulpmiddel en valt het dus (als algemeen desinfecterend middel) onder de Nederlandse WGB. En dan **MOET** een dergelijke 'algemeen' middel een toelatingsnummer (een N-nummer) hebben van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTGB).
3. De fabrikant of importeur heeft hierin geen keuze: algemeen = CTGB en specifiek = CE!
4. Voor een **reinigingsmiddel** geldt hetzelfde als het middel bestemd is voor een specifiek medisch hulpmiddel. Ook dan **MOET** het een CE-markering hebben. Is het een 'algemeen reinigingsmiddel' dan mag het geen CE-markering hebben en hoeft het ook geen toelating te hebben van CTGB.
5. Voor desinfecterende middelen **voor de gewonde huid** (bijvoorbeeld Dettol) geldt dat deze een RVG-nummer moet hebben, want deze middelen gelden als geneesmiddel.

Het ILT heeft een schriftelijke waarschuwing uit doen gaan voor producten die in de dentale branche worden gebruikt. Het betrof de producten **Dürr HD 410 en HD 412**. De betreffende

BRANCHEVERENIGING



TANDTECHNIEK

producten zijn door de bij de VGT aangesloten verkoper uit de verkoop genomen. Dit is ook aan de Inspectie gemeld.

Overigens: de ILT heeft laten weten dat herhaling of het niet opvolgen van de aanwijzingen van de ILT leidt tot een bestuurlijke boete van € 2.000,- per overtreding.

Tot zover het bericht van de VGT. Heeft u hierover vragen? Neem svp contact op via info@bvtandtechniek.nl of bel 030-6915754.